



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
E852M**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП.ВТ.136-2005

Настоящая методика поверки (далее - МП) распространяется на преобразователи измерительные переменного тока Е852М (далее – ИП), выпускаемые по ТУ РБ 28855861.003-97 и устанавливает методику их поверки.

Межповерочный интервал – 48 месяцев.

Методика поверки разработана в соответствии с требованиями ТКП 8.003-2011.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта	Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики	Обязательность проведения операции при	
			выпуске из производства и ремонте	эксплуатации и хранения
1 Внешний осмотр	4.1		Да	Да
2 Определение электрического сопротивления изоляции	4.2.1	Мегаомметр Ф4101 Номинальное напряжение 500 В; основная погрешность диапазона измерений $\pm 2,5$ %; диапазон измерений 10–200 МОм	Да	Да
3 Проверка электрической прочности изоляции	4.2.2	Испытательная установка для проверки электрической прочности изоляции УПУ-10 Выходное напряжение постоянное и переменное, регулируемое от 0 до 10 кВ; основная погрешность $\pm 4,0$ %; номинальный выходной ток 1 А	Да	Нет
4 Определение основной приведенной погрешности	4.2.3	Источник питания трехфазного тока МГ6800 Коэффициент нелинейных искажений не более 2 %; диапазоны регулируемых: тока 0,005–10 А; напряжения 13–420 В; частоты 50–1000 Гц	Да	Да
		Амперметр Д50541 Класс точности 0,1; диапазон измеряемого тока 0 –10 А; нормальная область частот 45–500 Гц		
		Прибор комбинированный Щ301-1 Класс точности 0,1; диапазон измерений 0–1,0 А; рабочая область частот 100–1500 Гц		
		Магазин сопротивлений Р33 Класс точности 0,2; величина сопротивлений от 0,1 до 99999,9 Ом		

1.2 Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих определение параметров ИП с требуемой точностью, а так же специализированные устройства типа УПП 802М.

1.3 Суммарная погрешность образцовых средств измерений при поверке ИП должна быть не более 1/3 основной погрешности поверяемого ИП.

1.4 Все средства измерений должны иметь действующие документы об их поверке или аттестации.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

2.1 При проведении поверки должно быть обеспечено выполнение требований ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей».

2.2 Лица, осуществляющие поверку, должны иметь квалификационную группу не ниже четвертой.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Влияющий фактор	Нормальное значение
1 Температура окружающего воздуха, °С	20±2
2 Относительная влажность окружающего воздуха, %	30–80
3 Атмосферное давление, кПа	84–106
4 Форма кривой тока измеряемой цепи	Синусоидальная с коэффициентом гармоник не более 2 %
5 Сопротивление нагрузки, кОм	0–2,5
6 Магнитное и электрическое поля	Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме магнитного поля Земли
7 Время установления рабочего режима при номинальных входных сигналах, мин	5
8 Положение	Любое
9 Частота переменного тока измеряемой цепи, Гц	50±0,5

3.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан при температуре и относительной влажности окружающего воздуха, указанных в таблице 2, не менее 4 часов.

3.3 Работа с поверяемым ИП и со средствами его поверки должна производиться в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие ИП следующим требованиям:

- соответствие комплектности паспорту;
- совпадение номера ИП, с указанным в паспорте;
- наличие клейма и четкой маркировки;
- отсутствие механических повреждений наружных частей ИП;

4.2 Определение метрологических характеристик

4.2.1 Определение электрического сопротивления изоляции

Измерение электрического сопротивления изоляции производят на постоянном токе мегаомметром. Отсчет показаний мегаомметра производят по истечении 1 мин после приложения напряжения, равного 500 В, к корпусу и другим цепям; к входным и выходным цепям ИП.

Расположение клемм подключения приведено в приложении А.

При проверке электрического сопротивления изоляции отдельных электрических цепей напряжение прикладывается между соединенными вместе клеммами одной цепи и соединенными вместе клеммами другой цепи.

Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее 40 МОм.

4.2.2 Проверка электрической прочности изоляции.

Электрическую прочность изоляции проверять на испытательной установке мощностью 0,5 кВ·А.

Электрическая изоляция ИП должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения (среднее квадратическое значение) практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц действующим значением 3 кВ между корпусом и другими цепями ИП и 2 кВ между входными и выходными цепями.

При проверке электрической прочности изоляции и отсутствия гальванической связи между всеми цепями и корпусом, испытательное напряжение прикладывается между всеми соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

При проверке прочности изоляции и отсутствия гальванической связи отдельных электрических цепей испытательное напряжение прикладывается между соединенными вместе клеммами подключения одной цепи и соединенными вместе клеммами подключения другой цепи.

ИП считают выдержавшими испытание, если во время испытания отсутствовали пробои или перекрытия изоляции.

4.2.3 Определение основной приведенной погрешности производится по схеме, приведенной в приложении Б, посредством сравнения показаний эталонного прибора, включенного на выходе ИП, с расчетным значением выходного сигнала.

Величина основной приведенной погрешности ИП γ , %, определяется по формуле

$$\gamma = \frac{A_x - A_p}{A_n} \times 100 \quad (1)$$

где:

A_x - измеренное значение выходного сигнала, мА;

A_p - расчетное значение выходного сигнала при том же значении входного сигнала (таблица 3), мА;

A_n - нормирующее значение выходного сигнала, равное 5 мА для E852M/1 или 20 мА для E852M/2.

Расчетные значения выходного сигнала приведены в таблице 3

Таблица 3

Измеряемый ток, А (входной сигнал)	0	0,2 I_n	0,4 I_n	0,6 I_n	0,8 I_n	1,0 I_n
Выходной ток, мА (выходной сигнал)	0	1	2	3	4	5

I_n - номинальные значения входного сигнала, А, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Тип, модификация ИП	Диапазон измерений входного сигнала, А	Номинальное значение входного сигнала I_n , А	Диапазон изменения выходного сигнала, мА	Сопроти вление нагрузки, кОм
E852M/1	0 - 0,5 0 - 1,0	0,5 1,0	0 - 5	0 – 2,5
E852M/2	0 - 2,5 0 - 5,0	2,5 5,0	0 - 20	0 – 0,5

Основная приведенная погрешность не должна превышать ± 1 % от нормирующего значения выходного сигнала.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 Результаты поверки должны быть занесены в протокол. Форма протокола приведена в приложении В.

5.2 При положительных результатах первичной (при выпуске из производства) поверки поверитель в разделе паспорта «Сведения о поверке» указывает дату поверки, ставит свою подпись, заверенную поверительным клеймом, а также пломбирует стык основания и корпуса ИП наклейкой с поверительным клеймом.

5.3 При положительных результатах периодической поверки поверитель клеймит ИП поверочной наклейкой, результаты поверки заносит в протокол, отметка о поверке регистрируется в журнале, выдается свидетельство о поверке.

5.4 При отрицательных результатах поверки ИП изымается из обращения и применения, поверитель производит погашение поверительного клейма в паспорте, ставит подпись и дату (при наличии паспорта), а также производит погашение поверительного клейма на стыке основания и корпуса ИП и выдает извещение о непригодности. ИП передается в ремонт, после ремонта подвергается поверке.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Расположение клемм подключения





Рисунок А.1 – Схема электрическая подключения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Схема поверки ИП



P1 – источник питания трехфазного тока МГ6800;
РА1 – амперметр Д50541;
R1 – магазин сопротивлений Р33;
РА2 – прибор комбинированный Щ301-1

Рисунок Б.1 Схема поверки ИП

Общество с дополнительной ответственностью
«Энергоприбор»
ул. Чапаева 32, г. Витебск, Республика Беларусь, 210033
Тел. (+375-212) 67-46-10, Факс (+375-212) 67-45-94
www.enpribor.by; e-mail: contact@enpribor.by

